

赤峰市产品质量检验检测中心



检定证书

证书编号: Y524065349-001

送检单位 赤峰学院附属医院

计量器具名称 医用超声诊断仪超声源

型号 / 规格 Vivid E95

出厂编号 AU03567

制造单位 GE

检定依据 JJG639-1998《医用超声诊断仪超声源》

检定结论 A档合格

批准人

(证书专用章)

核验员

检定员

检定日期 2024 年 12 月 23 日
有效期至 2025 年 12 月 22 日

法定计量检定机构授权证书号: (蒙)法计(2022)15003号

机构地址: 内蒙古自治区赤峰市新城区全宁街23号

传真: 0476-8825431

电话: 0476-8821193

邮编: 024005

Email: cfzjskfzx@163.com

名 称	出厂编号	测量范围	准确度等级/最大允许误差/ 测量不确定度	检定证书有效期
超声综合性能检测模 体	21710500	(10~300)mm	U=7% (k=2)	2025-01-21

计量标准考核证书有效期：2027-12-29委托单编号：7050104

本次检定的环境条件：

温度：25.0℃湿度：30 %RH其它：

检 定 结 果

仪器档次	A		探头型号	C1-6			
标称频率 (MHz)	1.8/3.6		扫描方式	凸阵			
项目	检定结果						
输出声强	1.12			mW/cm ²			
患者漏电流	0			μ A			
探测深度	220			mm			
轴、侧向分辨力	把群深度 (mm)	25	55	70	150	190	210
	轴向 (mm)	1	1	1	2	/	2
	侧向 (mm)	1	1	1	4	/	4
盲区	2				mm		
几何位置示值误差							
轴向	-4.0%						
侧向	-3.0%						
囊性病灶直径误差							
轴向 (mm)	-7.0%						
侧向 (mm)	-5.0%						
检定结论:	A		档合格				
本检定结果是: <input checked="" type="checkbox"/> 直接检定的测量结果 <input type="checkbox"/> 经修理/调试后的测量结果 以下空白							

注：1、下次检定携带此证书；
2、本证书的检定结果仅对本次所检定的计量器具有效；
3、未经本中心许可，部分采用此证书无效。