

赤峰市产品质量检验检测中心



校准证书

证书编号: Y524041677-020

委托单位 赤峰学院附属医院

单位地址 新城区

计量器具名称 注射泵

型号 / 规格 KL-6011N

出厂编号 6011191210A100

制造单位 北京科力建元

技术依据 JJF 1259-2018《医用注射泵和输液泵校准规范》

批准人

王枫

(证书专用章)

核验员

王枫

校准员

宋庆龙

接收日期 2024 年 09 月 04 日

校准日期 2024 年 09 月 13 日

签发日期 2024 年 11 月 01 日

法定计量检定机构授权证书号: (蒙) 法计 (2022) 15003号

机构地址: 内蒙古自治区赤峰市新城区全宁街23号

传真: 0476-8825431

电话: 0476-8821193

邮编: 024005

Email: cfzjskfzx@163.com

本次校准所使用的计量标准器：

名 称	出厂编号	测量范围	准确度等级/最大允许误差/ 测量不确定度	检定证书有效期
多通道输液泵质量检测仪	EDC14101424	流量 (0.04~1700) mL/h 阻塞压力: (0.~2586) mmHg	流量:读数的±1%阻塞压力: 误差±5mmHg	2025-01-07

委托单编号7044772样品描述:

校准时的环境条件：温度：25℃湿度：35%RH其它：

校准地点客户现场(on site)

校 准 结 果

1. 外观及功能性检查：☒符合 ☐不符合
2. 本次校准所用输注管路：山东安得
- 3、流量：

流量设定值mL/h	相对示值误差%	示值重复性%
10	3.17	0.74
50	-1.50	0.42

不确定度： $U_{rel}=2.5\%(k=2)$

本次校准结果是：☒直接校准的测量结果 ☐修理/调试后的校准结果
敬告客户（建议、解释、说明和限制使用条件）：依客户要求，本次检测仪
对本证书所列参数进行校准。

—以下空白—

注：1. 在填写校准结果时，如需要，可另加附件说明；
2. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效；
3. 未经本中心授权，不得部分复制本证书。