

赤峰市产品质量检验检测中心



检定证书

证书编号: Y524065351-001

送检单位 赤峰学院附属医院

计量器具名称 医用超声诊断仪超声源

型号 / 规格 R9

出厂编号 N17-3A000049

制造单位 迈瑞

检定依据 JJG639-1998《医用超声诊断仪超声源》

检定结论 A档合格

批准人

(证书专用章)

核验员

检定员

检定日期 2024 年 12 月 23 日
有效期至 2025 年 12 月 22 日

法定计量检定机构授权证书号: (蒙)法计(2022)15003号

机构地址: 内蒙古自治区赤峰市新城区全宁街23号

传真: 0476-8825431

电话: 0476-8821193

邮编: 024005

Email: cfzjskfzx@163.com

本次检定所使用的计量标准器

名 称	出厂编号	测量范围	准确度等级/最大允许误差/ 测量不确定度	检定证书有效期
超声综合性能检测模 体	21710500	(10~300)mm	U=7% (k=2)	2025-01-21

计量标准考核证书有效期：

2027-12-29

委托单编号：

7050104

本次检定的环境条件：

温度：25.0℃

湿度： 30 %RH

其它：

检 定 结 果

仪器档次	A		探头型号	SL10-30			
标称频率 (MHz)	6.0		扫描方式	线阵			
项目		检定结果					
输出声强		/			mW/cm ²		
患者漏电流		0			μ A		
探测深度		80			mm		
轴、侧向分辨力	把群深度 (mm)	25	55	70	150	190	210
	轴向 (mm)	1	1	1	/	/	/
	侧向 (mm)	1	1	1	/	/	/
盲区		2			mm		
几何位置示值误差							
轴向		0.5%					
侧向		1.0%					
囊性病灶直径误差							
轴向 (mm)		-1.0%					
侧向 (mm)		1.0%					
检定结论:		A		档合格			
本检定结果是: <input checked="" type="checkbox"/> 直接检定的测量结果 <input type="checkbox"/> 经修理/调试后的测量结果 							

注：1、下次检定携带此证书；

2、本证书的检定结果仅对本次所检定的计量器具有效；

3、未经本中心许可，部分采用此证书无效。