

# 赤峰市产品质量检验检测中心



## 检定证书

证书编号: Y524043208-001

送检单位 赤峰学院附属医院

计量器具名称 心电监护仪

型号 / 规格 Q5

出厂编号 Q51A0000834

制造单位 宝莱特

检定依据 JJG 1163-2019 《多参数监护仪》

检定结论 合格

批准人

(证书专用章)

核验员

检定员

检定日期 2024 年 09 月 18 日

有效期至 2025 年 09 月 17 日

法定计量检定机构授权证书号: (蒙) 法计 (2022) 15003号

机构地址: 内蒙古自治区赤峰市新城区全宁街23号

传真: 0476-8825431

电话: 0476-8821193

邮编: 024005

Email: cfzjskfzx@163.com

本次检定所使用的计量标准器

名 称	出厂编号	测量范围	准确度等级/最大允许误差/ 测量不确定度	检定证书有效期
无创血压模拟仪	23H-0596	收缩压：（60~240）mmHg 舒张压（30~200）mmHg	±0.5%	2025-01-10
血氧饱和度检测仪	9756015	（50~100）%	MPE: ±（2.0%~3.0%）	2025-01-04
智能化心电图机检定仪	6602	80 μVp-p ~30 Vp-p	MPE:0.5%	2025-01-01

委托单编号： 7045439

本次检定的环境条件：

温度： 25 °C

湿度： 30 %RH

其它：

本页以下空白



检 定 结 果

一 外观和工作正常性检查					
检定结果		<input checked="" type="checkbox"/> 合格		<input type="checkbox"/> 不合格	
二 心电监护部分的检定					
1. 电压测量误差: MPE±10%					
分类	监护仪设置mm/mV	输入标准值mV	测量值/mm	相对误差/%	
步进增益转换	10	1.0	10.0	0.0%	
	5	2.0	10.0	0.0%	
	20	0.5	10.0	0.0%	
2. 扫描速度误差: MPE±10%					
扫描速度设定值 (mm/s)		25.0	扫描速度误差/%	0.0%	
3. 幅频特性: 相对10Hz的最大允许偏差+5%~-30%					
导联类型		输入标准值		测得值/mm 相对误差/%	
	频率/Hz	增益/ (mm/mV)	电压/mV		
监护模式	1	10	1	10.0	0.0%
	2			10.0	0.0%
	5			10.0	0.0%
	10			10.0	0.0%
	25			10.0	0.0%
4. 心率示值误差					
测量最大误差		测量点/(次/min)	测量点电压/mV		
0.0		/	/		
三 无创血压监护部分的检定					
1. 静态压力测量范围			单位: mmHg		
检定结果: 合格					
2. 静态压力示值误差			单位: mmHg		
测量点	示值		示值误差		
50	49		-1		
100	99		-1		
150	149		-1		
200	198.5		-1.5		
260	258		-2		
3. 血压示值重复性			单位: mmHg		
标准值	收缩压重复性		舒张压重复性		
150/100	0.5		1.9		
四 脉搏血氧饱和度部分					
1. 脉搏血氧饱和度示值重复性 (70%~85%), 示值重复性≤3%					
示值重复性			测量点		
0.0			70%		
2. 脉搏血氧饱和度示值重复性 (85%~100%), 示值重复性≤2%					
示值重复性			测量点		
0.5			90%		
0.0			100%		
3. 脉率示值误差					
示值最大误差			测量点 (次/min)		
0.0			200		

本检定结果是: ☒直接检定的测量结果    ☐经修理/调试后的测量结果

.....以下空白.....

注: 1、下次检定携带此证书;  
2、本证书的检定结果仅对本次所检定的计量器具有效;  
3、未经本中心许可, 部分采用此证书无效。