

赤峰市产品质量检验检测中心



检定证书

证书编号: Y524042716-001

送检单位 赤峰学院附属医院

计量器具名称 心电图机

型号 / 规格 ECG/2350

出厂编号 0105375

制造单位 上海光电医用电子仪器有限公司

检定依据 JJG543-2008《心电图机》

检定结论 合格

批准人

程继彬

(证书专用章)

核验员

程继彬

检定员

王枫

检定日期 2024 年 09 月 13 日

有效期至 2025 年 09 月 12 日

法定计量检定机构授权证书号: (蒙)法计(2022)15003号

机构地址: 内蒙古自治区赤峰市新城区全宁街23号

传真: 0476-8825431

电话: 0476-8821193

邮编: 024005

Email: cfzjskfzx@163.com

本次检定所使用的计量标准器

名 称	出厂编号	测量范围	准确度等级/最大允许误差/ 测量不确定度	检定证书有效期
智能化心电图机检定仪	6602	80 μ V _{p-p} ~30 V _{p-p}	MPE:0.5%	2025-01-01

委托单编号： 7045293

本次检定的环境条件：

温度：25.0℃

湿度： 30 %RH

其它：

本页以下空白



检 定 结 果

检定项目	检定结果						
外观和工作正常性检查	合格						
内部幅度校准器	标称值1mV			相对偏差 0 %			
电压测量	灵敏度	标准值	0.2mV		1mV	2mV	
	10mm/mV	相对误差%	0.0		0.0	0.0	
	灵敏度	标准值	0.4mV		2mV	4mV	
	5mm/mV	相对误差%	0.0		0.0	0.0	
	灵敏度	标准值	0.1mV		0.5mV	1mV	
	20mm/mV	相对误差%	0.0		0.0	0.0	
时间间隔	记录速度	标准值	3.84s		1.92s	0.96s	0.48s
	25mm/s	相对误差%	0.0		0.0	0.0	-1.7
	记录速度	标准值	0.48s		0.24s	0.12s	0.06s
	50mm/s	相对误差%	-1.7		-3.3	-6.7	/
时标	标称值			1s			
	相对偏差			0.00			
幅频特性	记录速度	频率	10Hz		0.5Hz	1.5Hz	5Hz
	25mm/s	相对偏差%	-2.0		-2.0	-2.0	0.0
	记录速度	频率	30Hz		60Hz	75Hz	10Hz
	50mm/s	相对偏差%	-2.0		-4.0	/	-2.0
耐极化电压	施加+300 mV的极化电压时相对偏差%					0.0	
	施加-300 mV的极化电压时相对偏差%					0.0	
噪声(μ V)	0.00008						
共模抑制比(dB)	109						

检定结论：合格

本检定结果是：☒直接检定的测量结果 ☐经修理/调试后的测量结果

以下空白

注：1、下次检定携带此证书；
2、本证书的检定结果仅对本次所检定的计量器具有效；
3、未经本中心许可，部分采用此证书无效。